



Аналитический паспорт № 200416 от 01.04.2016г.

Наименование	Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне (Алкотест-ФакторМ)
Состав:	Полоска - 1шт.
Нормативный документ	ТУ 9398-020-51062356-2004
Сопроводительные документы	Инструкция по применению Паспорт
Серия	200416
Дата изготовления	апрель 2016 г.
Годен до	апрель 2018 г.
Условия хранения и транспортировки	2-30 °С
Срок годности	24 месяца

Содержание анализа

Наименование показателя	Характеристика и норма	Результаты контроля
1. Внешний вид		
1.1. Полоска индикаторная	Полоска размерами (3-5)х(60-90) мм из пластика белого цвета, на одном конце которой расположен сенсорный элемент светло-желтого цвета размерами (3-5)х(3-5) мм	соответствует
1.2. Шкала цветовая	Шкала из плотной бумаги белого цвета с пятью цветовыми полями с окраской, соответствующей концентрации этанола (в %): 0,0; 0,02; 0,05; 0,1 и 0,2	соответствует
2. Технические характеристики		
2.1. Чувствительность сенсорного элемента, %, не более	0,02	0,02
2.2. Время выхода сенсорного элемента на стабильную окраску, мин, не более	2	2 мин
3. Показатели правильности определения		
3.1. Соответствие образцам слюны человека с известными концентрациями этанола	Развитие окраски, совпадающей с соответствующими полями цветовой шкалы	соответствует

Нач. ОТК Кушцова А.Г. / Кушцова А.Г./

Штамп ОТК

