

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.ИМ18.В01658

Срок действия с 22.12.2009 г. по 21.12.2012 г.

8922739

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ИМ18

ПРОДУКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации продукции  
МедЭкспертСервис»

125993, Москва, ул.Панфилова, д.20, корп.6 тел. (499) 158-68-05 факс. (499) 158-68-05

ПРОДУКЦИЯ

Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01 Ф  
с комплектом излучателей ультразвуковых  
терапевтических аппаратов ИУТ 0,88-1.03 Ф  
и ИУТ 0,88-4.04 Ф (для физиотерапии)

Серийный выпуск ТУ 9444-014-11487910-2001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92,  
ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 50267.5-92,  
ГОСТ 25052-87 (п. 2.4.7), ГОСТ 25053-87 (п. 2.4.8)

КОД ОК 005 (ОКП):

94 4450

КОД ТН ВЭД России:

9018 90 850 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «ЭМА»

109028, Москва, Б.Николоворобинский пер., д.9/11

ИНН 7709436791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОАО «ЭМА»

109028, Москва, Б.Николоворобинский пер., д.9/11

тел. (495) 987-41-98 факс (495) 987-41-98

НА ОСНОВАНИИ

акта инспекционной проверки от 14.12.2009 ОСП МЭС

№ РОСС RU.0001.11ИМ18, протокола испытаний № RU019МЕ.11МТ от 16.11.2009 г.

ИЛ ТС ЭМС АНО «Радиооборонтест» № РОСС RU.0001.21МЭ53.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и  
социального развития № ФСР 2008/02814 от 24.06.2008 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится знаком

соответствия по ГОСТ Р 50460-92 рядом с товарным знаком



Руководитель органа

Эксперт



Р.М.Голомазов

Инициалы, фамилия

Я.К.Михайлова

Инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации