

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ
Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы
(Исполнительный орган РСК)
Общество с ограниченной ответственностью "СЕНСИ"
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
115597, Москва, ул. Ясенева д.44/42-100

Свидетельство о регистрации в РСК № 001323, действительно
до 13 декабря 2017 г.

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № Л.ДЖО.М-7557-15

1. Наименование СИ Лупа измерительная
тип СИ ЛИ-3-10^x № _____
2. Дата поступления на калибровку 12.10.15 г.
3. Наименование и адрес клиента _____
4. Место проведения калибровки ООО "СЕНСИ"
5. Методика калибровки МК № 11-04
6. Результаты калибровки признан годным и допущен к применению при измерении радиографических снимков по ГОСТ 25706-83. до "12" октября 2016 г.
7. Диапазон шкалы и допустимые отклонения:
7,0-0-7,0 (мм.) ±0,02 мм.
8. Доказательства прослеживаемости измерений Компаратор ИЗА-7 сертиф.№ 0057888, действительно до 10.07.17 г.
9. Дата проведения калибровки 12.10.15 г.
10. Приложение: _____

Должность, Ф.И.О. лица,
проводившего калибровку

Должность, Ф.И.О. лица,
утверждающего Сертификат о калибровке

М.П.

Ведущий специалист

(подпись)

Главный метролог

А.И. Машков

(подпись)



(Handwritten signature in blue ink)
М
Д
Ж
О